

2018年5月

お客様各位

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デピューシンセス事業本部
CMF&オーソペディックソリューション事業部

イリゲーションチューブ自主回収のお知らせ

謹啓 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社で製造販売する下記製品につきまして、本来は製品出荷時に添付文書が添付されるべきところ、添付文書が添付されていなかったことが弊社内調査により発覚いたしました。そのため、対象製品を自主的に回収することといたしましたので、お知らせ申し上げます。お客様におかれましては、当該製品についてのご使用を中止いただくと共に、自主回収にご協力いただけますようお願い申し上げます。

この度の自主回収により、お客様にはご心配ならびにご迷惑おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。今回の自主回収につきましては、監督官庁へ報告の上、ご指導を仰ぎつつ対応させていただきます。弊社では再発防止に向け品質向上になお一層努めてまいり所存でございます。何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【自主回収対象製品】

製品番号	製品名・規格	対象ロット
05-001-178-01S	イリゲーションチューブ	全ロット

販売名:イリゲーションチューブセット/届出番号:13B1X00204SP0006

【本来添付されるべき添付文書】

添付文書番号	販売名
PT-K-309-03	イリゲーションチューブセット

届出番号:13B1X00204SP0006
以上

本件に関するお問い合わせ先:

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

デピューシンセス CMF&オーソペディックソリューション事業部 パーツールグループ
マーケティング 中村健一

TEL:03-4411-6067 FAX:03-4411-6064