

お客様各位

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
メディカルカンパニー
サージェリー事業本部エチロン 一部製品の自主回収について

拝啓 平素よりひとかたならぬご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社が製造販売する「エチロン」1品番 1ロットにつきまして、海外製造元より針の形状不良に関する連絡を受領しました。これを受け、対象製品の自主回収を実施することといたしましたので、お知らせ申し上げます。

つきましては、誠に恐れ入りますが、貴院におかれましては、対象ロット製品の在庫がございましたら、直ちに使用を中止していただき、かつ全て在庫から除外していただきますようお願い申し上げます。対象ロット製品につきましては、早急に弊社営業部員が回収作業にあたり、交換の手続きをさせていただきます。

この度の自主回収により大変なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。本件自主回収措置につきましては、監督官庁へ報告の上、ご指導を仰ぎつつ対応させていただきます。誠に恐れ入りますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【自主回収対象製品】

国内出荷時期：2026 年 4 月 16 日～2026 年 5 月 20 日

自主回収対象製品詳細：下表ご参照ください

対象品番	対象ロット	糸の太さ	糸の長さ 本数（パック）	針の名称 針種類/長さ/湾曲	入数/ 箱	JAN コード
697G	10B3QS	6-0	45 cm 1 本	P-1 逆三角針/11mm/弱彎/片端 針	12 (個)	4987482330060

【お問い合わせ先】 本件についてのお問い合わせは以下にお願い申し上げます。**製品回収及び代替品等の処理に関しては、弊社担当営業員にお問い合わせください。**その他自主回収の詳細情報に関しては、サージェリー事業本部 マーケティング部
担当 龍後彰彦 TEL：03-4411-6154