

お客様各位

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
 メディカル カンパニー
 エチコン事業部

「バイクリル®」一部製品の自主回収について

拝啓 平素よりひとかたならぬご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社が輸入販売する「バイクリル®」の 1 品番 1 ロット製品につきまして、製品箱及び滅菌包装に記載された製品番号と異なる製品が混入している可能性がある旨の連絡を受けました。このため、対象製品の自主回収を実施することとしました。

つきましては、誠に恐れ入りますが、貴院におかれましては、対象ロット製品の在庫がございましたら、本品が使用されないよう直ちに確保下さいますようお願い申し上げます。対象ロット製品につきましては、早急に弊社営業部員が回収作業にあたり、返品の手続きをさせていただきます。

この度の自主回収により大変なご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。本件自主回収措置につきましては、監督官庁へ報告の上、ご指導を仰ぎつつ対応させて頂きます。今後とも引き続きエチコン製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【回収対象製品及びロット番号】

国内出荷時期:2020 年 6 月 2 日～2020 年 7 月 10 日

自主回収対象製品 【バイクリル®】

製品番号	対象ロット	糸の太さ	糸の長さ 本数(パック)	針の名称 針種類/長さ/湾曲	入数/箱	JAN コード
V960G	PJ5352	10-0	10 cm 1 本	アルティマヘラ型針 CS140-6 片針/ 6.5mm/弱弯	12 パック	4987482479608

※上記対象ロット製品に、糸の太さ 6-0 のバイクリル®が、誤って混入されている可能性があります。

【お問い合わせ先】 本件についてのお問い合わせは以下をお願い申し上げます。

エチコン事業部	ストラテジックマーケティング部	担当 村瀬祐二	TEL:03-4411-6154
---------	-----------------	---------	------------------

販売名:バイクリル 承認番号:15700BZY01341000 一般的名称:ポリグラクテン縫合糸 JMDNコード:17471000 クラス:Ⅳ 高度管理医療機器

製造販売元:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 東京都千代田区西神田3丁目5番2号